

Technical Transfer Training on Test Methods of Cleaning Efficacy for Reusable Medical Devices ～ Advance Course～ Part 1

**再使用可能な医療機器の洗浄効果試験に関する技術移転研修
～応用編～
第1部**

SMP Laboratories JAPAN Co.,Ltd.

Summary

再使用可能な医療機器の洗浄プロセスにおける稼働性能適格性確認 (Performance Qualification) 試験では実際に使用した医療機器の他に疑似汚染物 (Test Soils) を用いた試験片 (Test Objects) を作成してその性能を確認する必要があります。




Summary



これらの試験片を作成する手順は国際標準規格や国内外の各種ガイドライン等において公開されていますが具体的な作成に際しての技術的な注意点や管理手法までは公開されていません。

Summary

再使用可能な医療機器の洗浄効果試験に関する技術移転研修～応用編～第1部では、疑似汚染物入手後の管理から試験片の作成手順とその管理手法について研修を行います。




Unsplash: CDC

Technical Transfer Training on Test Methods of Cleaning Efficacy for Reusable Medical Devices ～ Advance Course～ Part 2

**再使用可能な医療機器の洗浄効果試験に関する技術移転研修
～応用編～
第2部**

SMP Laboratories JAPAN Co.,Ltd.

Summary



再使用可能な医療機器の洗浄効果試験に関する技術移転研修～応用編～第2部では、実際に作成した試験片を用いて洗浄消毒装置(Washer Disinfector)のPQ試験、あるいは用手や超音波洗浄機による洗浄プロセスを行いその結果を解釈する研修を行います。